

30/08/19

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE</b>
	<b>Nº. DA PROPOSTA: 11291.166000/1190-01</b>

HMI liberado recurso

<b>IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>		
<b>CNPJ</b> 11.291.166/0001-20	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	
<b>Endereço Completo</b> SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS BOA ESPERANCA	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 68.182-201	<b>UF</b> PA	<b>Município</b> ITAITUBA

R\$ 199.750,00



<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 26780015 - R\$ 199.750,00 - ARNALDO JORDY

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>			
<b>Nome:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA		
<b>Tipo Unidade:</b>	HOSPITAL GERAL		
<b>CNPJ:</b>	05.138.730/0001-77	<b>CNES:</b>	2331098
<b>Endereço:</b>	AV JOSE RIBEIRO DOS ANJOS - BOA ESPERANCA, CEP:68181220		

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA	<b>CNES:</b>	2331098
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>			
PÓLO REGIONAL			
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>			
A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS JUSTIFICAM-SE PELA AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DESTA INSTITUIÇÃO EM QUE SERÁ CONSTRUÍDO UM NOVO PAVILHÃO COM 12 ENFERMARIAS, 55 LEITOS TOTALIZANDO 690,31 M2 DE ÁREA A CONSTRUIR. NESTE PAVILHÃO SERÃO AMPLIADOS OS SETORES DE PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA ALÉM DE POSTO DE ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO MÉDICO. ATUARÃO NESTE PAVILHÃO NOVO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS: 8 MÉDICOS, 9 ENFERMEIRAS E 30 TÉCNICOS EM ENFERMAGEM.			
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>			
180000, 60000			
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>			
AGUARDANDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO. PREVISÃO DE TÉRMINO EM 12 MESES			
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>			
SIM			
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			


<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA</b>			
<b>Ambiente: Área de Esterelização</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Seladora	3	1.200,00	3.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Seladora	3	1.200,00	3.600,00



Característica Física		Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO		MANUAL-MESA/ GRAU CIRÚRGICO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Detector Fetal	4	1.200,00	4.800,00	
Característica Física		Especificação		
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY		PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Amnioscópio	2	1.600,00	3.200,00	
Característica Física		Especificação		
COMPOSIÇÃO		COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala de Emergência</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Bomba de Infusão	4	4.000,00	16.000,00	
Característica Física		Especificação		
KVO		POSSUI		
ALARMES		POSSUI		
PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO		POSSUI		
BOLUS		POSSUI		
BATERIA		POSSUI		
EQUIPO		UNIVERSAL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.400,00	1.400,00	
Característica Física		Especificação		
CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS		DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Cadeira de Rodas para Obeso	2	1.400,00	2.800,00	
Característica Física		Especificação		
CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS		DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>				
<b>Ambiente: Sala Média de Cirurgia ( geral )</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	9	350,00	3.150,00	
Característica Física		Especificação		
RESERVATÓRIO		POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		SILICONE		
VÁLVULA UNIDIRECIONAL		POSSUI		
VÁLVULA DE PEEP		NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Bisturi Elétrico (a partir de 151 W)	2	27.000,00	54.000,00	
Característica Física		Especificação		
ESPECIFICAR		SIM		
<b>Especificação Técnica</b>				
Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, medias e				

grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia.

**Principais características:** Memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgões coagularem simultaneamente, módulos monopolares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopolares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopolares (canetas de videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo para eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.



**Ambiente: Sala Grande de Cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	4	6.800,00	27.200,00

Característica Física	Especificação
FLUXO DE ASPIRAÇÃO	DE 31 A 49 LPM
SUORTE COM RODÍZIOS	POSSUI
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	40.000,00	40.000,00

Característica Física	Especificação
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP
TIPO DE MONITOR	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR
TAMANHO DA TELA	DE 14" A 20"
PRESSÃO INVASIVA (PI)	POSSUI
SUORTE P/ MONITOR	POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	40.000,00	40.000,00

Característica Física	Especificação
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP
TIPO DE MONITOR	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR
TAMANHO DA TELA	DE 14" A 20"
PRESSÃO INVASIVA (PI)	POSSUI
SUORTE P/ MONITOR	POSSUI

Especificação Técnica	
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total: 36, Valor Total (R\$): 199.750,00</b>

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
36	199.750,00

DADOS BANCÁRIOS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
005525	ITAITUBA
<b>ENDEREÇO</b>	
RUA DR. HUGO DE MENDONCA, 221 CENTRO CEP:68.180-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Itaituba - Resolução 25 2019.pdf