



TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Itaituba
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA
Pregão Eletrônico - 061/2022-PE

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - TESTES RÁPIDOS SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM. especificações: Antígeno: sensibilidade 96,2% especificidade 99,7% concordância 97,67%. Anticorpos IgM: especificidade 100% sensibilidade 95,83% acurácia 96,57%. IgG: sensibilidade 91,67% especificidade 100% acurácia 99,45%. Amostra: sangue total, soro ou plasma Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: sangue total, soro ou plasma Volume de Amostra: 20 uL para sangue total e 10 uL para soro/plasma Validade: 24 meses com Registro anvisa : - Quantidade: 20.000 Unidade - Valor Referência: 12,98


Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CEPALAB LABORATORIOS LTDA (02.248.312/0001-44)	Adjudicado em: 24/11/2022 - 13:33:26 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	TESTE RAPIDO IGG E IGM	BASALL/LMG LASERS- COMERCIO, IMPORTACAO	20.000	80.000,00

Item: 0002 - TESTES RÁPIDOS IGA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARÍNGEO. Especificações: Detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 (COVID-19) Sensibilidade: 96,52% Especificidade: >99,9% Armazenamento: 2 a 30°C Amostra: swab de nasofaringe Tempo do Teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos) Validade: 24 meses Kit: acompanha swab para coleta com Registro anvisa : - Quantidade: 20.000 Unidade - Valor Referência: 3,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CEPALAB LABORATORIOS LTDA (02.248.312/0001-44)	Adjudicado em: 24/11/2022 - 13:33:26 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	TESTE RAPIDO COVID19	HECIN/HECIN SCIENTIFIC, INC.	20.000	62.400,00

Item: 0003 - SMART TEST COV AG COMBO PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA E DIFERENCIAÇÃO DE SARS COV2 E INFLUENZA A E B: Sensibilidade 97,06% - Especificidade 99,69%? Influenza A: Sensibilidade 90,48% - Especificidade 99,44% ? Influenza B: Sensibilidade 88,57% - Especificidade 99,44% ? Parâmetros: SARS-COV-2 Ag/Influenza A/ Influenza B ? Metodologia: Imunocromatografia ? Tipo de mostra: Swab Nasal, Nasofaríngeo ou Orofaringeo ? Volume da amostra: 60 uL ou 3 gotas para cada cavidade ? Tempo do teste: 15 minutos ? Armazenamento: 2 - 30°C. Registro Anvisa: - Quantidade: 20.000 Unidade - Valor Referência: 37,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CEPALAB LABORATORIOS LTDA (02.248.312/0001-44)	Adjudicado em: 24/11/2022 - 13:33:26 - Por: RONISON AGUIAR HOLANDA	TESTE COVID AG	HECIN/HECIN SCIENTIFIC INC.	20.000	159.800,00


RONISON AGUIAR HOLANDA
Pregoeiro



