



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° ____/2018

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA/PA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO:

Aos ____ dias do mês de _____ do ano de dois mil e dezoito (____/____/____), nesta cidade de XXXXXXXXXXXXXXXX/AM, na sede o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba/PA, situada na Rua XXXXXXXXXXX, n° XXX - Centro, presentes o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba/PA, inscrita no CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante designado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde de Itaituba/PA, o Sr. xxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, endereço, Município de XXXXXX/XX, portador da carteira de identidade n°. xxxxxxx SSP/XX e CPF sob o n° xxx.xxx.xxx-xx, e, de outro lado, a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, daqui por diante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, sediada à _____, n° _____, Bairro: _____, CEP: _____, neste ato representado pelo seu representante legal, o Sr. _____, brasileiro, (casado ou solteiro), residente e domiciliado à _____, portador do RG n° _____ SSP/XX e do CPF n° _____, em consequência da Concorrência Pública n° XXX/2018, e para o presente termo, na presença das testemunhas abaixo, é assinado o TERMO DE CONTRATO DE _____, de acordo do que se regerá pelas normas da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - DO OBJETO: _____ para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba/PA, conforme Concorrência Pública N°. XXX/2018.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para todos os efeitos legais e melhor caracterização dos serviços a serem prestados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: Proposta da CONTRATADA e Projeto Básico.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços contratados por força deste Termo de Contrato, bem como seus quantitativos, são as descritas no Projeto Básico do processo administrativo N°. XXX/2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: Os serviços ora contratados serão realizados sob o regime de empreitada por menor preço global.

TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: Ao CONTRATANTE é assegurado o direito de, a seu critério, e através de representante, especialmente designado por meio de Portaria, para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: À existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE, em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às consequências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do CONTRATO, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUARTO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA é obrigada a manter preposto, aceito pela Administração Municipal, no local de serviço, para representá-lo na execução do contrato.

QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA é obrigada a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos, inclusive os que possam afetar os serviços/produtos a cargo de concessionários.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A CONTRATADA é única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, objeto deste CONTRATO e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária que resultem ou venham a resultar a execução deste contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da execução/entrega de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços/produtos e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a afastar qualquer empregado ou funcionário seu, do local dos serviços/produtos, cuja presença, a juízo da Fiscalização, seja considerada prejudicial ao bom andamento, regularidade e perfeição dos mesmos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos decorrentes das legislações mencionadas no Parágrafo Primeiro, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem pode onerar o objeto do CONTRATO ou restringir a regularização e o uso do equipamento reparado.

PARÁGRAFO QUARTO: Os danos ou prejuízos deverão ser ressarcidos à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação à CONTRATADA, do ato administrativo que lhes ficar o valor, sob pena de multa.

SEXTA - PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS PRODUTOS: O prazo de duração dos serviços é de _____ (_____) dias, contados a partir de ____ de _____ de 2018, quando se dará início a execução do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE é obrigado a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o contrato.

SÉTIMA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Pela perfeita e fiel execução dos serviços aqui pactuados, O Fundo Municipal de Saúde de Itaituba/PA pagará à **CONTRATADA** o valor global de R\$ _____ (_____), sendo R\$ _____ (_____) para o presente exercício, ficando o restante no valor de R\$ _____ (_____) para ser empenhado no próximo exercício financeiro, mediante a apresentação de faturas devidamente atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE, faturas essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente, devendo nessa oportunidade serem comprovados os recolhimentos dos encargos previdenciários decorrentes desse contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos previdenciários autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias devidas, como garantia, até a comprovação perante a fiscalização, da quitação da dívida, na forma do Parágrafo Primeiro, do Art. 31, da Lei nº 8.212/91 c/c o Art. 195, § 3º, da CRFB.

OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: A despesa correrá por conta dos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

recursos destinados ao exercício de 2018, sob a nomenclatura, Programa de Trabalho: _____ - _____ - Natureza da Despesa _____ - _____; Fonte de Recursos _____, tendo sido emitida a Nota de Empenho N° _____, de ____/____/_____, no valor de R\$ _____ (_____) para o presente exercício, ficando o restante no valor de R\$ _____ (_____) para ser empenhado no próximo exercício financeiro.

NONA - DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de _____ (_____) dias, podendo ser prorrogado nos termos da Lei N° 8.666/93.

DÉCIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS/PRODUTOS: A CONTRATADA garante os serviços executados, comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data de conclusão dos mesmos.

DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO: Os preços propostos serão reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou quando ocorrerem motivos de força maior que desequilibrem a equação econômica e financeira do Contrato, situação que deverá ser apontada e comprovada pela CONTRATADA, para que o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba examine e decida pelo reajustamento excepcional, fora do prazo acima estabelecido.

DÉCIMA SEGUNDA - PENALIDADE: Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual a CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil ou criminal, ficará sujeito às sanções previstas no Art. 87 da Lei N° 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade competente, sendo assegurado à CONTRATADA a prévia e ampla defesa, na via administrativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

PENAS - Serão aplicadas as seguintes penas:

I - Advertência;

II - Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaituba;

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizada, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo;

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens solicitados, em caso de recusa da PRESTADORA DE SERVIÇOS em assinar o CONTRATO, e:

V - 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens cotados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas da Ata de Registro de Preços.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: O presente CONTRATO poderá ser rescindido em uma das hipóteses elencadas pelo Art. 78, através de uma das formas prescritas pelo Art. 79, ambos os artigos da Lei N° 8.666/1993.

DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO: O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência total ou parcial, a não ser com prévia e expressa anuência do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará e Diário Oficial da União (DOU).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos do cedente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pedido de cessão deverá ser formulado por escrito e devidamente fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força maior que impossibilitem o cumprimento do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas com a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no Edital e na legislação específica.

DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO, IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR:

Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa participar de licitação, ou do impedimento de contratar com órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção; já a declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei N° 8.666/1993, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para contratar não poderá ser superior a 2 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar persistirá enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou, após 2 (dois) anos.

DÉCIMA SEXTA - RECOLHIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE: A rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes conseqüências,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

sem prejuízo das sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos do CONTRATANTE de:

1. Assunção imediata do objeto deste CONTRATO no estado em que se encontrar, por ato seu;
2. Ocupação e utilização se forem o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal envolvidos na execução deste CONTRATO;
3. Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS: Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo:

1. Interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da ciência que tiver da decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa;
2. Interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Estado do Pará da decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o CONTRATO;
3. Formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação no Diário oficial dos Municípios do Estado do Pará.

DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO E CASOS OMISSOS: Este CONTRATO somente poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 65 da Lei N° 8.666/1993, e os casos omissos ou quaisquer dúvidas serão solucionados mediante consultas ESCRITAS, firmando-se, em ambos os casos, Termo de Aditamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços ora contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no CONTRATO não houverem sido contemplados preços unitários para os serviços/produtos, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados.

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

PARÁGRAFO QUINTO: Incumbe, obrigatoriamente, à CONTRATADA comunicar ao CONTRATANTE os eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços dos serviços ora contratados, sob pena, de no caso de redução do valor dos serviços/produtos, a ser obrigada a indenizar imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis.

DÉCIMA NONA - DA DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA e seus representantes legais apresentarão neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais e previdenciários públicos a que estiver vinculada.

VIGÉSIMA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Itaituba, do Estado do Pará, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução deste contrato.

VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta data providenciá-la, a publicação em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará e no Diário Oficial da União (DOU), a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

VIGÉSIMA SEGUNDA - CLÁUSULA ESSENCIAL: Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção da prestação de serviços, exceto nos casos previstos na Lei N° 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VIGÉSIMA TERCEIRA - NORMAS APLICÁVEIS: O presente CONTRATO rege-se por toda a legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, cujas normas, desde já, estendem-se como integrantes do presente termo, especialmente a Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

De tudo, para constar, foi lavrado o presente TERMO, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

ITAITUBA/PA, ____ de _____ de 2018.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PELO FORNECEDOR E/OU PRESTADOR:

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Procurador Legal e/ou Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG N°
CPF N°
ASSINATURA:

NOME:
RG N°
CPF N°
ASSINATURA:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

**ANEXO II –DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À

O Município de Itaituba-PA/Fundo Municipal de Saúde
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
CONCORRENCIA PUBLICA Nº _____/2018

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **XXXXXXXXXX** e do CPF nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao que estabelece o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2018-CPL**, que não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ANEXO III –DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

O Município de Itaituba através da Diretoria Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sediada localizada na Rodovia Transamazônica-Km 1, Bairro Floresta, Itaituba-PA, Representada pelo Secretário, nominado abaixo, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2018-CPL** que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o N.ºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por seu responsável técnico, o Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Cédula de Identidade N.ºxxxxxxxxxxxxxxxx e do CPF N.ºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o local da obra objeto desta licitação, e que tomou conhecimento das condições em que os serviços serão realizados, estando de acordo com a realização dos mesmos.

....., de de 2018.

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Visto

Engenheiro Naval Responsável Técnico da Licitante

Visto: _____.

Data: ____/____/2018

Obs.: Está declaração deverá ser expedida pelo órgão responsável na Prefeitura Municipal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o N° **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) da Cédula de Identidade N° **XXXXXXXXXX** e do CPF N° **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **DECLARA**, que recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta de preços, com total e completo conhecimento do objeto da licitação referente à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2018-CPL**.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Referente à concorrência Pública Nº XXX/2018:

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o Nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) da Cédula de Identidade Nº **XXXXXXXXXX** e do CPF Nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada dentro do envelope dos documentos de habilitação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o Nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, representante legal da empresa, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) da Cédula de Identidade Nº **XXXXXXXXXX** e do CPF Nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **INDICO**o Sr. **XXXXXX**, Cargo/ Função , RG Nº XXXXX-X, CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX, REGISTRO NO CREA/XX XXXXX-XXX, como responsável técnico para fiscalizar o andamento da execução do objeto do CONTRATO a ser celebrado entre esta empresa e o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A **NOME DA EMPRESA**, inscrita no CNPJ sob N.º, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
....., portador do Documento de Identidade
RG N.º, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame
.....

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o N° **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, representante legal da licitante, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) da Cédula de Identidade N° **XXXXXXXXXX** e do CPF N° **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, **DECLARO**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

_____, _____ de _____ de 2018



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, representante legal da empresa, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº **XXXXXXXXXX** e do CPF Nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX1/2018-CPL**, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 45 da referida Lei Complementar.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

A Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº **XXXXXXXXXX** e do CPF Nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **DECLARA**, que obedecerá rigorosamente e cumprirá todos os prazos estabelecidos para a execução dos serviços objeto da licitação referente à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2018-CPL**.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XI –PROCURAÇÃO E CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE

Nome da Empresa, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, etc.

OUTORGADO

Representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador (a) da Cédula de Identidade nº **XXXXXXXXXX** e do CPF nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado (a) no **Endereço**.

OBJETO

Representar a outorgante na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2018-CPL**.

PODERES

Apresentar documentação e proposta de preços, participar de sessões públicas de abertura de documentos de habilitação e propostas de preços, assinar ata, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, prestar declaração, assinar todos os atos e quaisquer documentos, inclusive Contratos, indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

OBS: Se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por representante legal, com firma reconhecida em cartório.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

A **Nome da Empresa**, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXX**, estabelecida na cidade de **XXXXXXXXXX**, sediada no **Endereço**, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **XXXXXXXXXX**, portador(a) do Documento de Identidade RG Nº **XXXXXXXXXX** e do CPF Nº **XXXXXXXXXX**, residente e domiciliado(a) no **Endereço**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XXX/2016-CPL**, que todos os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros.

_____, _____ de _____ de 2018

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XIV - PLANILHA DE PREÇOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XV – COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

ANEXO XVI – PROJETO TÉCNICO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

ANEXO XVII – RELAÇÃO DE ITENS OBRIGATÓRIOS

MOBILIÁRIO – GERAL

IND.	AMBIENTE	ITEM	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Consultório Indiferenciado	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	3
2	Consultório Odontológico	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	1
3	Copa/ Cozinha	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	1
4	Farmácia	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	2
5	Laboratório Técnico	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	1
6	Lavanderia-Rouparia	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	2
7	Sala de Acolhimento	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4(quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

8	Sala de Espera e Recepção	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4(quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	2
9	Sala de Esterilização	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4(quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	3
10	Sala de Imunização	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	2
11	Sala de Procedimentos	Armário	Aplicação: Multiuso, Material: Chapa de aço nº 24; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 115 cm a 120 cm, profundidade de 45 cm a 47 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	1
12	Consultório Indiferenciado	Armário Vitrine	Número de portas: 2 (duas). Confeccionado em aço/ ferro pintado.	3
13	Consultório Odontológico	Armário Vitrine	Número de portas: 2 (duas). Confeccionado em aço/ ferro pintado.	1
14	Farmácia	Armário Vitrine	Número de portas: 2 (duas). Confeccionado em aço/ ferro pintado.	1
15	Laboratório Técnico	Armário Vitrine	Número de portas: 2 (duas). Confeccionado em aço/ ferro pintado.	1
16	Sala de Imunização	Armário Vitrine	Número de portas: 2 (duas). Confeccionado em aço/ ferro pintado.	1
17	Sala de Espera e Recepção	Arquivo	Material de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4 gavetas, deslizamento da gaveta: trilho telescópico.	2
18	Laboratório Técnico	Banqueta	Material de confecção: aço inoxidável, Assento: giratório, Regulagem de altura: possui, Rodízios: possui	2
19	Consultório Indiferenciado	Biombo	Aplicação: uso hospitalar, Tipo: duplo, Material: estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4` com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, anti-microbiano e anti-fungico na cor branca, Dimensões: altura 1,75 m; largura aberto 1,80 m (com variações de 5%), Características Adicionais: 6 pés com rodízios	3
20	Sala de Imunização	Biombo	Aplicação: uso hospitalar, Tipo: duplo, Material: estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4` com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, anti-microbiano e anti-fungico na cor branca, Dimensões: altura 1,75 m; largura aberto 1,80 m (com variações de 5%), Características Adicionais: 6 pés com rodízios	1
21	Sala de Procedimentos	Biombo	Aplicação: uso hospitalar, Tipo: duplo, Material: estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4` com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, anti-microbiano e anti-fungico na cor branca, Dimensões: altura 1,75 m; largura aberto 1,80 m (com variações de 5%), Características Adicionais: 6 pés com rodízios	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

22	Consultório Odontológico	Biombo Plumbífero	Aplicação: usado para proteção contra raios- x, Tipo: reto, Apresentação: placa em duraplac com revestimento de 1 mm em chumbo, visor de vidro plumbífero de 15 x 10 cm, com rodízios, Dimensões: (A x L): 180 x 80 cm, Características Adicionais: acompanhado de manual, documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor.	1
23	Área de Esterilização	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	2
24	Consultório Indiferenciado	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	9
25	Consultório Odontológico	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	1
26	Farmácia	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	2
27	Laboratório Técnico	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	2
28	Sala de Acolhimento	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	3
29	Sala de Espera e Recepção	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	6
30	Sala de Imunização	Cadeira	Aplicação: uso hospitalar, Material: estrutura em tubo de aço ou ferro pintado, assento e encosto em polipropileno. Apresentação: na cor branca ou a critério do solicitante, Dimensões: assento/chão: 0,45 m (variação 5%), Características Adicionais: 4 pés com ponteira de borracha	2
31	Sala de Espera e Recepção	Cadeira de Rodas Adulto	Apresentação: Para Transporte; Tipo: Adulto; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 40cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórias integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6``; Rodas traseiras de 24`` raiadas com pneu inflável, Apoio de pés e braços fixos; Freios bilaterais; Tapeçaria em nylon impermeável acolchoado; Pintura epóxi; Punho para condução de terceiros anteriorizados; Peso Máximo suportado: 80kg	2
32	Sala de Espera e Recepção	Cadeira de Rodas para Obeso	Para Transporte; Tipo: Obeso; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 52cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórias integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6``; Rodas traseiras de 24`` raiadas com pneu inflável, Apoio de pés e braços fixos; Freios bilaterais; Tapeçaria em nylon impermeável acolchoado; Pintura epóxi; Punho para condução de terceiros anteriorizados; Peso Máximo suportado: 150kg.	1
33	Sala de Espera e Recepção	Cadeira de Rodas Pediátrica	Apresentação: Tipo: Infantil. Dobrável; Estrutura metálica com pintura eletrostática; apoio para braços fixos e apoio para os pés removíveis; assento e encosto em nylon almofadada; rodas traseiras aros 20`` com pneus infláveis, rodas dianteiras com pneus maciços de 6``; freio bilateral; Assento - Largura, aproximadamente 36cm, profundidade, aproximadamente 40cm; Capacidade de peso: até 70kg.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

34	Consultório Odontológico	Conjunto Odontológico Completo	Composição: CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material de limpeza, com cantos arredondados; ambidestra, apoio de braços rebatíveis e com acabamento arredondado; encosto de cabeça anatômico biarticulável; estofamento anatômico em espuma de poliuretano resistente, revestimento em PVC laminado sem costuras; movimentos eletrônicos; 3 posições de trabalho programáveis; acendimento do refletor no pedal; posição volta-a-zero; EQUIPO: acoplado a cadeira, com braço articulável, com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos vericais; ambidestro; com bandeja de inox removível e autoclavável; seleção automática das pontas, através de sensíveis válvulas pneumáticas; suporte das pontas construído em ABS automotivo de alto impacto, ambos com cantos arredondados; Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis; Pedal progressivo de acionamento das pontas; Reservatórios de água (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática; Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados; Composto por: 1 Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável; 1 Terminal para micro motor; 2 Terminais para alta rotação; 1 Ponta clareador e fotopolimerizador, tipo caneta, com tempo de operação programável, com sinalizador sonoro, botão para acionamento e interrupção do LED e para juste do tempo de ativação. UNIDADE AUXILIAR: acoplada a cadeira, acionamento automático do sugador; cuba da cuspeira redonda e em material inquebrável e removível; condutores de água que banham a cuba removível e autoclavável, ralo para retenção de sólidos; 1 sugador tipo Venturi, mangueira do suctor lisa e com filtro de detritos. REFLETOR: acoplado a cadeira, ajuste gradual na intensidade 14.000 a 20.000 Lux; cabeçote em material resistente, com giro de 620°; acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica; puxadores bilaterais em forma de alça; espelho multifacetado gerando inúmeras fontes de luz, evitando sombras causadas por interposições; protetor do espelho em material resistente transparente; braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados. MOCHO: com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, movimento do encosto acionado por alavanca lateral independente, base giratória com 5 rodízios, estofamento anatômico em espuma de poliuretano resistente, revestimento em PVC laminado sem costuras com acabamento liso e cantos arredondados. Características Adicionais do conjunto: possui um único pedal, separado da cadeira, para comando dos equipamentos; os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 01 (um) ano, assistência técnica na cidade de Manaus e Registro na ANVISA.	1
35	Sala de Procedimentos	Cadeira para coleta de sangue	Material de confecção: aço / ferro pintado, Braçadeira: regulável.	2
36	Consultório Indiferenciado	Cadeira para Obeso	Material de confecção: estofado, Braços: não possui, Rodízios: não possui, Estrutura: aço / ferro pintado.	1
37	Sala de Acolhimento	Cadeira para Obeso	Material de confecção: estofado, Braços: não possui, Rodízios: não possui, Estrutura: aço / ferro pintado.	1
38	Consultório Indiferenciado	Escada com 2 degraus	Material: estrutura e degraus em aço inoxidável com piso antiderrapante de borracha, pés com ponteira de borracha, Quantidade Degraus: 2 (dois)	3
39	Sala de Imunização	Escada com 2 degraus	Material: estrutura e degraus em aço inoxidável com piso antiderrapante de borracha, pés com ponteira de borracha, Quantidade Degraus: 2 (dois)	1
40	Área de Esterilização	Estante	Material: aço/ Capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, Reforço: possui.	2
41	Farmácia	Estante	Material: aço/ Capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, Reforço: possui.	1
42	Lavanderia-Rouparia	Estante	Material: aço/ Capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, Reforço: possui.	2
43	Sala de Espera e Recepção	Estante	Material: aço/ Capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, Reforço: possui.	2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

44	Sala de Espera e Recepção	Longarina	Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos; Assento com capacidade mínima 120kg. Estrutura da longarina : em tubo de aço de no mínimo 30 x 60 mm com 3,35mm de espessura e duas colunas verticais em tubo de aço redondo Ø 2pol, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado); Duas bases produzidas em alumínio, encaixadas nas colunas verticais, com ponteiras em polipropileno nas extremidades, pés em polipropileno com ajuste de altura; Dimensões (±30mm): Assento: Largura de 460 mm e profundidade de 460mm, Encosto : Largura de 400 mm e altura de 320 mm, Largura total da Longarina: 1800 mm; Revestimento: vinil, courvin ou poliéster; Cor conforme órgão solicitante; Com laudo emitido por laboratório creditado pelo INMETRO.	10
45	Consultório Odontológico	Mesa Auxiliar	Mesa Auxiliar com Rodízio. Uso indicado em consultório médico, clínica odontológica, laboratório a mesa auxiliar hospitalar estrutura em tubos de aço redondo, tampo e prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó. Tamanho 40x40x80cm.	1
46	Área de Esterilização	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	1
47	Consultório Indiferenciado	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	3
48	Consultório Odontológico	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	1
49	Farmácia	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	1
50	Sala de Acolhimento	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	1
51	Sala de Espera e Recepção	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	2
52	Sala de Imunização	Mesa de Escritório	Composição: Simples/ Material de confecção: MDF/ Cor: Branco/ Gavetas: 2	1
53	Consultório Indiferenciado	Mesa de Exames	Mesa de Exame Clínico Simples. Tipo divã. Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	3
54	Sala de Imunização	Mesa de Exames	Mesa de Exame Clínico Simples. Tipo divã. Estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira. Pés com ponteiras plástica. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.	1
55	Consultório Indiferenciado	Mesa de Mayo	Material: Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor branca; Suporte para bandeja cromado; Bandeja em aço inoxidável medindo 48 x 32 cm (+ ou - 0,5 cm), Altura: regulável sendo a máxima superior a 1,15m, Características Adicionais: pés com rodízios	3
56	Consultório Indiferenciado	Mesa Ginecológica	Descrição: com leito estofado dividido em 03 seções, com as partes posterior e anterior reguláveis, assento fixo, par de porta coxas e gaveta para escoamento de líquido, armação tubular, pés com ponteiras de borracha, acabamento em pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem, Dimensões: (L x A x C) 0,55x0,80x1,80 m ± 5%, Observação: Produto em conformidade com legislação em vigor	3
57	Farmácia	Mesa para Impressora	Composição: Montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrostática. Características Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ergosoftsemi-rígido de 26 mm , com acabamento de 180º . Material: Confeccionado em MDF branco. Dimensões: 0,80 x 0,60 x 0,75 m, com variação de ± 5 %)	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

58	Sala de Espera e Recepção	Mesa para Impressora	Composição: Montada sobre estrutura metálica com tratamento químico e pintura eletrostática. Características Adicionais: Proteção das bordas em perfil de PVC ergosoftsemi-rígido de 26 mm , com acabamento de 180º . Material: Confeccionado em MDF branco. Dimensões: 0,80 x 0,60 x 0,75 m, com variação de ± 5 %)	1
59	Copa/ Cozinha	Mesa para Refeitório	Material de confecção: MDF. Cor: Branco. Tipo: Fixo. Quantidade de assentos: 6 (seis). Tipo do assento: Banco sem encosto. Tamanho: 1,40x75x60cm.	2
60	Consultório Odontológico	Mocho	Aplicação: procedimentos odontológicos, Forma de apresentação: possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento, base com 5 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas com regulagem longitudinal haste de fixação do encosto com superfície lisa, Características Adicionais: à gás com 5 rodízios, com sistema de elevação do assento e do encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento e encosto acionados por uma alavanca com movimentos de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola, movimentos amortecidos por um sistema de gás pressurizado	1
61	Diversos	Armário suspenso	Confeccionado em MDF branco com puxadores, sob medida. Tamanho: 1,60x90x40cm.	11
62	Diversos	Armário suspenso	Confeccionado em MDF branco com puxadores, sob medida. Tamanho: 1,20x75x45cm.	8
63	Diversos	Bancada sem gaveta	Confeccionado em MDF branco, sob medida. Tamanho: 1,00x75x45cm.	1
64	Diversos	Móvel gaveteiro de chão	Confeccionado em MDF branco com puxadores, sob medida. Tamanho: 1,75x1,50x60cm.	2
65	Diversos	Armário de chão	Confeccionado em MDF branco com puxadores, sob medida. Tamanho: 1,00x75x45cm.	4
66	Quarto Coletivo	Beliche	Confeccionado em MDF branco, sob medida. Tamanho: 1,60x1,90x90cm.	12
67	Diversos	Revestimento do comando	Confeccionado em MDF branco, sob medida.	1
68	Diversos	Persianas	Persianas em PVC , sob medida, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à instalação,	19

COPA/COZINHA

IND.	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Copa/ Cozinha	Abridor de latas	Material: aço inoxidável, Características Adicionais: combinado lata e garrafa.	1
2	Copa/ Cozinha	Assadeira	Material: alumínio; Retangular e com alça; Dimensões: 50 x 35 x 7 cm.	1
3	Copa/ Cozinha	Bacia	Aplicação: para uso geral, Material: plástico, resistente, Capacidade: 20 litros, Cor: a escolher	1
4	Copa/ Cozinha	Balde grande com tampa p/ lixo	Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 100 litros, Características Adicionais: com tampa	1
5	Copa/ Cozinha	Balde para lixo grande	Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 60 l, Características Adicionais: com tampa e alça de transporte	1
6	Copa/ Cozinha	Balde plástico com alça	Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 20 l, Características Adicionais: com alça	1
7	Copa/ Cozinha	Bambonas para Água de 5 litros	Fabricada em polietileno, de fácil limpeza e atóxica.	3
8	Copa/ Cozinha	Bambonas para Água de 50 litros	Fabricada em polietileno, de fácil limpeza e atóxica.	3
9	Copa/ Cozinha	Batedor de carne	Produzido em alumínio batido. Com dupla textura.	1
10	Copa/ Cozinha	Caneco de alumínio	Produzido em alumínio, com alça e capacidade mín. de 500ml.	24
11	Copa/ Cozinha	Chaleira	Material: alumínio resistente, Capacidade: 2,5 litros, Características Adicionais: com alça e tampa nº 18.	1
12	Copa/ Cozinha	Coador de Café	Características gerais: Malha 100 % Algodão; Bocal com 10cm de diâmetro em arame. Cabo de Madeira	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

13	Copa/Cozinha	Colher de mesa (sopa)	Material: aço inoxidável.	24
14	Copa/Cozinha	Colher de pau	Material: madeira; Tamanho: 50 a 53 cm.	3
15	Copa/Cozinha	Colher grande para arroz	Material: aço inoxidável, Tamanho: mínimo 30cm.	2
16	Copa/Cozinha	Colher para caldeirão	Material: plástico resistente a mais de 100° C de calor, Aplicação: preparo de alimentos quentes e frios, Dimensões: 60 cm, Características Adicionais: cabo longo, resistente à alta temperatura	1
17	Copa/Cozinha	Concha	Material: alumínio, Tamanho: Nº12, Capacidade: 300ml	1
18	Copa/Cozinha	Concha	Material: alumínio, Tamanho: Nº14, Capacidade: 850ml	1
19	Copa/Cozinha	Conjunto para mantimentos	Em plástico transparente. Mín. de 5 potes com tamanhos variados. Com tampa.	1
20	Copa/Cozinha	Escorredor de Arroz	Plástico, com tamanho aprox. de 23,5x14cm.	1
21	Copa/Cozinha	Escorredor de louças	Em aço cromado ou similar. Capacidade mín. Para 8 pratos.	1
22	Copa/Cozinha	Escorredor para massas	Material: alumínio, Modelo: nº 40 (diâmetro: 40cm, altura: 17cm, Volume: 14,5 litros).	1
23	Copa/Cozinha	Escumadeira	Fabricado em aço inox. Tamanho aprox. 50cm.	1
24	Copa/Cozinha	Espremedor de alho	Fabricado em metal, com formato anatômico.	1
25	Copa/Cozinha	Exaustor de ar industrial	Diâmetro mínimo de 500mm, largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em Alumínio, 140 m³/min - 8400 m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A), alimentação elétrica a definir pela instituição.	1
26	Copa/Cozinha	Faca Açougueiro	Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno na cor branca, Tipo: açougueiro, Tamanho: 6 pol, Tipo Fio: liso.	1
27	Copa/Cozinha	Faca Açougueiro	Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno na cor branca, Tipo: açougueiro, Tamanho: 12 pol, Tipo Fio: liso.	1
28	Copa/Cozinha	Faca de Mesa	Material: aço inoxidável	24
29	Copa/Cozinha	Faca para pão	Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno, Tipo: para pão, Tamanho: 30 cm, Tipo Fio: serrilhado.	1
30	Copa/Cozinha	Farinheira	Produzido em polipropileno. Com tampa. Capacidade mín. 500g. De fácil limpeza.	1
31	Copa/Cozinha	Forma para bolo	Extra grande. Tamanho aprox.: boca 26xaltura10cm. Número 28.	1
32	Copa/Cozinha	Formas para gelo	Forma plástica para gelo. De fácil limpeza.	3
33	Copa/Cozinha	Frigideira	Descrição: em alumínio, cabo com proteção antitérmica, antiaderente, Diâmetro: 30 cm.	1
34	Copa/Cozinha	Frigideira	Descrição: em alumínio, cabo com proteção antitérmica, antiaderente, Diâmetro: entre 14 e 20cm.	1
35	Copa/Cozinha	Garfo de Mesa	Material: aço inox; Tipo: mesa (refeição).	24
36	Copa/Cozinha	Garrafa Térmica	Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa.	1
37	Copa/Cozinha	Garrafão	Material: polipropileno, Capacidade: 20 litros, Aplicação: acondicionamento de água para consumo humano. Vazio.	4
38	Copa/Cozinha	Jarra para suco	Fabricada em polipropileno. Capacidade mín. de 3l. Transparente, com tampa. Garantia contra defeito de fabricação.	1
39	Copa/Cozinha	Leiteira/ Canecão	Material: alumínio, com cabo de madeira, Nº18, Capacidade: 5 litros.	1
40	Copa/Cozinha	Pá para lixo	Plástica, com cabo longo.	1
41	Copa/Cozinha	Paliteiro	Plástico, de fácil limpeza.	1
42	Copa/Cozinha	Panelaçaçarola	Material: alumínio, Capacidade: 20,4 litros; nº 38; Com 2 (dois) pegadores e tampa	3
43	Copa/Cozinha	Panelaçaçarola	Material: alumínio, Capacidade: 40 litros; nº 50; com 2 (dois) pegadores e tampa.	1
44	Copa/Cozinha	Panela de Pressão	Características gerais: capacidade mín. 4,5l. Fabricada em alumínio polido. Selo	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

	Cozinha		do IMETRO.	
45	Copa/ Cozinha	Papeiro	Produzido em alumínio. Capacidade mín. de 1,3l.	1
46	Copa/ Cozinha	Pedra de Esmeril	Uso: para afiar facas. Características gerais: tamanho aprox. Dimensões: 2,4 x 35 x 80 cm. Dupla face.	1
47	Copa/ Cozinha	Peneira	Descrição: plástica, com tela em poliéster, Diâmetro: 19cm.	1
48	Copa/ Cozinha	Porta sabão	Plástico, com separações internas que indicam a colocação da esponja - barra de sabão e detergente líquido.	1
49	Copa/ Cozinha	Prato	Material: confeccionado em vidro temperado, Tipo: fundo, Apresentação: transparente.	24
50	Copa/ Cozinha	Prato	Material: confeccionado em vidro temperado, Tipo: raso, Apresentação: transparente.	24
51	Copa/ Cozinha	Regulador de pressão para gás	Apresentação: tipo "borboleta" completo. Características Adicionais: contendo: 1 regulador, 1 mangueira de 80 cm, 02 abraçadeiras: conexão de entrada: rosca 5/8" NC, conexão de saída: acoplamento 12mm para mangueira	1
52	Copa/ Cozinha	Saleiro	Produzido em polipropileno. Com tampa. Capacidade mín. 500g. De fácil limpeza.	1
53	Copa/ Cozinha	Tabua de Cortar plástica	Material: polietileno ou similar. Atóxica e lavável. Tamanho: Min. 35x25cm	1
54	Copa/ Cozinha	Tigela de Vidro retangular	Em vidro transparente. Capacidade mín. 2,2l.	2
55	Copa/ Cozinha	Xícara	Material: vidro, Aplicação: café, Características Adicionais: com pires, transparente	24

ELETRÔNICOS

IND.	AMBIENTE	ITEM	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Sala de Espera e Recepção	Aparelho de DVD	Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrada USB e saída HDMI; Acompanha: Cabo de alimentação, cabos de Áudio/vídeo e controle remoto; Tensão: 127 V.	1
2	Sala de Espera e Recepção	Telefone Celular Rural de Mesa	Chip: 02, Ganho antena externa: 12 - 18 DBI, Frequência da antena externa: 850 - 1990 MHz, Cabo coaxial: 12 - 30 metros, Acesso à internet: não possui, Viva voz: possui, Agenda telefônica: possui, Registro de chamada: possui, Secretária eletrônica: não possui, Bateria: possui.	1
3	Copa/ Cozinha	Fogão 5 Bocas Branco	Material: tampa em vidro total, mesa sobreposta em inox, puxador do forno em metal., Quantidade Bocas: 04, Cor: branca, Modelo: piso, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Acendimento automático total, Vidro duplo na porta do forno, Válvula de segurança no forno, com selo da PROCEL na classe "A" ou "B", Pintura: esmaltada	1
4	Lavanderia-Rouparia	Lavadora de Roupa 15 Kg com acessórios	Máquina de lavar roupa, tipo automática, capacidade 15 kg, cor branca. Características adicionais: programas lavagem, enxágue e centrifugação. Material do gabinete: aço esmaltado. Material do cesto: aço inoxidável. Voltagem: 110v. Classificação energética A.	1
5	Copa/ Cozinha	Freezer Horizontal	Tipo: horizontal, Capacidade: entre 220 e 305 litros, Tensão: compatível com rede 110V, Cor: branco, Características Adicionais: possuir uma tampa, dreno de degelo, painel de controle, cesto aramado, pés com rodízios, fechadura (travamento da tampa com chave), degelo manual; Garantia: 12 (doze) meses e assistência técnica em Manaus; Classificação de Consumo: com selo da PROCEL na classe "A" ou "B"	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

6	Copa/ Cozinha	Geladeira	Apresentação: Com 1 porta (congelador e refrigerador), Degelo automático, pés niveladores, Capacidade total entre 260 e 342l Cor: Branca (Pintura esmaltada), Alimentação: compatível com rede 110V, Características Adicionais: garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus, com selo da PROCEL na Classe "A" ou "B"	1
7	Copa/ Cozinha	Microondas	Material: estrutura metálica, com pintura eletrostática, na cor branca, Capacidade: Entre 30 e 31 litros, Alimentação: 110V - 60 hz, Características Adicionais: dotado de cronômetro digital; temporizador; auto-aquecimento; auto-desaquecimento; memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus, selo da Procel na classe "A" ou "B"	1
8	Diversos	Televisão	Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40 a 42"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt).	2
9	Copa/ Cozinha	Liquidificador	Material: corpo pvc, Capacidade Copo: Mínimo 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpante, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobretampa com travamento, sobretampa com dosador, pés emborrachado	1
10	Diversos	Antena Parabólica	Descrição mínima: Diâmetro da parábola 1,50m; Revestimento da parábola Tela; LNBF Mono ponto; receptor de 80 canais; 15 metros de cabo. Instalada.	2
11	Copa/ Cozinha	Bebedouro	Material: gabinete em aço. Acabamento: pintado, tratado com substância anti-corrosiva e pintura eletrostática. Aplicação: para garrafão de 20 litros, dotado de uma torneira para água natural e uma para água gelada. Cor: branca, Voltagem: 110/220 V. Material Depósito: plástico resistente atóxico.	1
12	Sala de Espera e Recepção	Bebedouro	Material: gabinete em aço. Acabamento: pintado, tratado com substância anti-corrosiva e pintura eletrostática. Aplicação: para garrafão de 20 litros, dotado de uma torneira para água natural e uma para água gelada. Cor: branca, Voltagem: 110/220 V. Material Depósito: plástico resistente atóxico.	1

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

IND.	AMBIENTE	ITEM	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Consultório Odontológico	Amalgamador Odontológico	Capsular digital com tampa protetora em acrílico. Compatível para todos os tipos de cápsula. Temporizador eletrônico com escala de 0 a 30 segundos. Voltagem 110 / 220v. Garantia de 1 ano a partir da data de entrega.	1
2	Consultório Odontológico	Aparelho de Raio X - Odontológico	Instalação: coluna com braço convencional, Modo de operação: digital, Tensão: mínimo 7MA	1
3	Consultório Odontológico	Articulador Odontológico	Distância intercondilar: ajustável, Guia condílica e ângulo de Bennet: ajustável.	3
4	Área de Esterilização	Autoclave Horizontal de Mesa	Câmara de esterilização: aço inoxidável. Modo de operação: digital. Capacidade: até 25 litros. Acessórios: não possui.	1
5	Área de Esterilização	Autoclave Vertical Analógica	Capacidade Mínima: 75kg. Câmara de esterilização em aço inoxidável. Sistema de antecâmara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água. Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos.	1
6	Consultório Indiferenciado	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital	3
7	Sala de Acolhimento	Balança Antropométrica Adulto	Modo de Operação: Digital	1
8	Consultório Indiferenciado	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital	3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

9	Sala de Acolhimento	Balança Antropométrica Infantil	Modo de Operação: Digital	1
10	Consultório Indiferenciado	Balança Antropométrica para Obesos	Modo de Operação: Digital	1
11	Sala de Acolhimento	Balança Antropométrica para Obesos	Modo de Operação: Digital	1
12	Laboratório Técnico	Banho Maria	Capacidade para 60 tubos ou superior; Cuba em aço inox; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho entre 37°C e 58°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.	1
13	Consultório Indiferenciado	Bisturi Eletrônico (até 150W)	Potência de até 150w. Com função bipolar e alarmes.	1
14	Consultório Odontológico	Bisturi Eletrônico (até 150W)	Potência de até 150w. Com função bipolar e alarmes.	1
15	Consultório Odontológico	Bomba de Vácuo até 2HP/CV	Potência/ Vácuo: 0,5 HP/ 450 mmHg	1
16	Sala de Procedimentos	Braçadeira para injeção	Material de confecção: aço inoxidável, Apoio do braço: aço inoxidável, Tipo: pedestal altura regulável.	2
17	Consultório Odontológico	Conjunto Odontológico Completo	Composição: CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material de limpeza, com cantos arredondados; ambidestra, apoio de braços rebatíveis e com acabamento arredondado; encosto de cabeça anatômico biarticulável; estofamento anatômico em espuma de poliuretano resistente, revestimento em PVC laminado sem costuras; movimentos eletrônicos; 3 posições de trabalho programáveis; acendimento do refletor no pedal; posição volta-a-zero; EQUIPO: acoplado a cadeira, com braço articulável, com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos vericais; ambidestro; com bandeja de inox removível e autoclavável; seleção automática das pontas, através de sensíveis válvulas pneumáticas; suporte das pontas construído em ABS automotivo de alto impacto, ambos com cantos arredondados; Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis; Pedal progressivo de acionamento das pontas; Reservatórios de água (p/ seringa e spray das pontas), trasnlúcidos, de fácil acesso e pressurização automática; Caixa de ligação construída em poliestireno de alto impacto com cantos arredondados; Composto por: 1 Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável; 1 Terminal para micro motor; 2 Terminais para alta rotação; 1 Ponta clareador e fotopolimerizador, tipo caneta, com tempo de operação programável, com sinalizador sonoro, botão para acionamento e interrupção do LED e para juste do tempo de ativação. UNIDADE AUXILIAR: acoplada a cadeira, acionamento automático do sugador; cuba da cuspeira redonda e em material inquebrável e removível; condutores de água que banham a cuba removível e autoclavável, ralo para retenção de sólidos; 1 sugador tipo Venturi, mangueira do suctor lisa e com filtro de detritos. REFLETOR: acoplado a cadeira, ajuste gradual na intensidade 14.000 a 20.000 Lux; cabeçote em material resistente, com giro de 620°; acionamento através do pedal de comando da cadeira odontológica; puxadores bilaterais em forma de alça; espelho multifacetado gerando inúmeras fontes de luz, evitando sombras causadas por interposições; protetor do espelho em material resistente transparente; braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados. MOCHO: com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral, movimento do	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

			<p>encosto acionado por alavanca lateral independente, base giratória com 5 rodízios, estofamento anatômico em espuma de poliuretano resistente, revestimento em PVC laminado sem costuras com acabamento liso e cantos arredondados. Características Adicionais do conjunto: possui um único pedal, separado da cadeira, para comando dos equipamentos; os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 01 (um) ano, assistência técnica na cidade de Manaus e Registro na ANVISA.</p>	
18	Laboratório Técnico	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	<p>Capacidade interna de 120 litros e com gabinete externo tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico. Gabinete interno construído totalmente em aço inox e com duas gavetas ou prateleiras. Deve possuir iluminação interna, isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante e vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC e degelo automático com evaporação do condensado. Painel contra manuseio inadvertido. Com alarmes de temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica e porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer. Faixa de trabalho de 2°C e 8°C. Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Discador automático que realiza ligações via central telefônica ou linha direta, sempre que ocorrer alarme por problemas de temperatura crítica. Sistema de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de performance do equipamento. Dimensões externas aproximadas: 140 x 60x 65 (cm) e</p>	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

			tensão de acordo com a entidade solicitante.	
19	Sala de Procedimentos	Carro de curativos	Material de confecção: aço inoxidável, Suporte de soro/colchonete: possui/ Possui, grades laterais: possui.	1
20	Laboratório Técnico	Centrífuga Laboratorial	Tecnologia: digital, Tipo: para tubos - mín. 04 amostras.	1
21	Consultório Indiferenciado	Colposcópico	Aumento: variável, Braços: não possui, Câmera/ monitor: possui/ não possui.	1
22	Consultório Odontológico	Compressor Odontológico	Capacidade reservatório / Potência / Consumo: 30 a 39 l/1 a 1,5HP/6 a 7 pés, Isento de óleo: sim.	1
23	Consultório Indiferenciado	Criocautério	Tipo de gás: nitrogênio, Quantidade de ponteiros: de 6 a 9.	1
24	Consultório Indiferenciado	Dermatoscópico	Aumento: 10 x, Iluminação: LED.	3
25	Sala de Procedimentos	Desfibrilador	Autonomia da bateria: Até 250 choques, Auxílio RCP: não possui, Acessório(s): 1 eletrodo.	1
26	Consultório Odontológico	Destilador de Água	Capacidade: até 5 litros/hora.	1
27	Consultório Indiferenciado	Detector Fetal	Tipo: portátil, Tecnologia: digital.	1
28	Consultório Odontológico	Equipo Cart Odontológico	Terminais: até 3, Seringa tríplice: possui, Peça reta: não possui, Contra ângulo: não possui, Micro motor: não possui, Caneta de rotação: não possui.	1
29	Consultório Indiferenciado	Esfigmomanômetro Adulto	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	3
30	Consultório Odontológico	Esfigmomanômetro Adulto	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1
31	Sala de Acolhimento	Esfigmomanômetro Adulto	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1
32	Consultório Indiferenciado	Esfigmomanômetro Infantil	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	3
33	Consultório Odontológico	Esfigmomanômetro Infantil	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1
34	Consultório Indiferenciado	Esfigmomanômetro Obeso	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1
35	Consultório Odontológico	Esfigmomanômetro Obeso	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1
36	Sala de Acolhimento	Esfigmomanômetro Obeso	Material de confecção: tecido em algodão, braçadeira. Fecho: Velcro.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

37	Laboratório Técnico	Espectrofotômetro	Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais com no mínimo quatro escalas fotométricas: transmitância, absorvância, concentração e fator. Possuir largura da faixa espectral de 4 nm, indicação digital em tela LED gráfico, feixe de luz visível através da lâmpada de tungstênio, sistema ótico de feixe único, grade de difração 1200 linhas / mm, detector tipo fotodiodo de silício com precisão fotométrica de $\pm 0,5\%$ T, faixa de Transmitância de 0 % a 125,0%T e de Absorbância de 0 a 2,0 Abs, faixa de Concentração de 0 a 1999C (0 a 1999 F). Comprimento de onda 325 a 1000nm com precisão melhor do que ± 2 nanômetros, reprodutibilidade do comprimento de onda ± 1 nanômetro. Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm. Porta de saída de dados USB. Deve acompanhar 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico.	1
38	Consultório Indiferenciado	Estadiômetro	Material de confecção/ Escala mínima: alumínio / 0 a 210 cm.	1
39	Consultório Indiferenciado	Estetoscópio Adulto	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	3
40	Consultório Odontológico	Estetoscópio Adulto	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	1
41	Sala de Acolhimento	Estetoscópio Adulto	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	1
42	Consultório Indiferenciado	Estetoscópio Infantil	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	3
43	Consultório Odontológico	Estetoscópio Infantil	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	1
44	Sala de Acolhimento	Estetoscópio Infantil	Auscultador: aço inoxidável. Tipo: Duplo.	1
45	Consultório Indiferenciado	Foco Refletor Ambulatorial	Uso: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada. Com pedestal.	3
46	Consultório Odontológico	Foco Refletor Ambulatorial	Uso: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos com haste superior flexível e cromada. Com pedestal.	1
47	Consultório Odontológico	Fotopolimerizador de Resinas	Tipo: LED. Sem fio. Sem radiômetro.	1
48	Farmácia	Geladeira/Refrigerador	Apresentação: Com 1 porta (congelador e refrigerador), Degelo automático, pés niveladores, Capacidade total entre 250 e 299l Cor: Branca (Pintura esmaltada), Alimentação: compatível com rede 110v, Características Adicionais: garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus, com selo da PROCEL na Classe "A" ou "B"	1
49	Consultório Indiferenciado	Glicosímetro	Acessório(s): tiras, lancetas e lancetador.	3
50	Sala de Acolhimento	Glicosímetro	Acessório(s): tiras, lancetas e lancetador.	1
51	Consultório Indiferenciado	Lanterna Clínica	Tipo: LED	3
52	Sala de Procedimentos	Laringoscópio Adulto	Composição: 5 lâminas aço inox.	1
53	Sala de Procedimentos	Laringoscópio Infantil	Composição: 3 lâminas aço inox.	1
54	Farmácia	Leitor de Código de Barras	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 Full ASCII, código 39 Trioptic, código 128, código 128 Full ASCII, Codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface USB. Garantia mínima de 12 meses.	1
55	Laboratório Técnico	Microscópio Laboratorial Básico	Tipo: binocular, Ocular: 10 x e 16 x, Objetivas: 05, Condensador koehler: possui, Iluminação: LED	1
56	Sala de Procedimentos	Nebulizador portátil	Número de saídas simultâneas: 01, Tipo: ultrassônico.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

57	Consultório Indiferenciado	Negatoscópio	Aplicação: interpretação de chapas radiológicas, Tipo: 1 (um) corpo, Material: carenagem confeccionada em chapa de aço esmaltada; painel frontal em acrílico, Apresentação: luminosidade homogênea por luz fluorescente em toda a superfície; visor translúcido flexível; sistema fixador da chapa radiológica de fácil fixação, Dimensões: (C x A x E): 37 x 44 x 9 cm (\pm 5%), Características Adicionais: acompanhado de manual, documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127 V, 60 Hz, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor	3
58	Consultório Odontológico	Negatoscópio	Aplicação: interpretação de chapas radiológicas, Tipo: 1 (um) corpo, Material: carenagem confeccionada em chapa de aço esmaltada; painel frontal em acrílico, Apresentação: luminosidade homogênea por luz fluorescente em toda a superfície; visor translúcido flexível; sistema fixador da chapa radiológica de fácil fixação, Dimensões: (C x A x E): 37 x 44 x 9 cm (\pm 5%), Características Adicionais: acompanhado de manual, documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127 V, 60 Hz, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor	1
59	Consultório Indiferenciado	Oftalmoscópio	Bateria: convencional, Composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes.	3
60	Consultório Indiferenciado	Otoscópio Simples	Iluminação: iluminação direta / Halógena - xenon, Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis.	3
61	Sala de Procedimentos	Oxímetro de pulso	Tipo: portátil (de mão), Sensor de SPO2: 01. Digital.	1
62	Sala de Procedimentos	Reanimador pulmonar manual adulto tipo AMBU	Reservatório: Possui, Material de Confecção: Silicone.	1
63	Sala de Procedimentos	Reanimador pulmonar manual pediátrico	Reservatório: Possui, Material de Confecção: Silicone.	1
64	Área de Esterilização	Seladora	Aplicação: selar embalagens de grau cirúrgico, Tipo: portátil, RON RSMC-250 ou similar, Potência: 150 W, Apresentação: controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; alavanca de selagem; suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; largura de solda 13 mm e largura máxima da embalagem 250 mm, Características Adicionais: acompanhada de documentação técnica e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127 ou 220 V, 60 Hz (conforme indicação do órgão solicitante), Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor	1
65	Consultório Odontológico	Seladora	Aplicação: selar embalagens de grau cirúrgico, Tipo: portátil, RON RSMC-250 ou similar, Potência: 150 W, Apresentação: controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; alavanca de selagem; suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; largura de solda 13 mm e largura máxima da embalagem 250 mm, Características Adicionais: acompanhada de documentação técnica e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127 ou 220 V, 60 Hz (conforme indicação do órgão solicitante), Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor	1
66	Consultório Indiferenciado	Suporte de Soro	Material: aço inoxidável, Características Adicionais: haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (variação de +/- 30cm)	3
67	Consultório Odontológico	Aparelho de Profilaxia e Ultrassom Odontológico	Com jato de bicarbonato integrado. Modo de operação: digital. Com caneta / transdutor do ultrassom autoclavável.	1
68	Consultório Odontológico	Compressor de Ar Odontológico	Características mínimas: 24 litros, 6 pés, Monofásico ou bifásico.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

IND.	AMBIENTE	ITEM	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Sala de Espera e Recepção	Computador (Desktop - Básico)	Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador desktop com processador no mínimo INTEL Core i3 ou AMD A10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade Dual Channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) Slot Pci-Express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao Microsoft Directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, DISPLAY PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROM; teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1
2	Consultório Indiferenciado	Computador Portátil (Notebook)	Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

3	Consultório Odontológico	Computador Portátil (Notebook)	<p>Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses</p>	1
4	Farmácia	Computador Portátil (Notebook)	<p>Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses</p>	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

5	Laboratório Técnico	Computador Portátil (Notebook)	Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1
6	Sala de Acolhimento	Computador Portátil (Notebook)	Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1
7	Sala de Imunização	Computador Portátil (Notebook)	Especificação Mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo INTEL Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória Ram de 08 (oito) Gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) Gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; Mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (Scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e wifi padrão IEEE 802.11A/B/G/N; sistema operacional Windows 10 Pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display Port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam Full HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

			condicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses	
8	Sala de Espera e Recepção	Impressora Laser (comum)	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	1
9	Farmácia	Impressora Multifuncional	Impressora multifuncional jato de tinta com Bulk Ink. Interface USB 2.0 u superior. Tecnologia de conexão: UBS e Wi-fi. Incluso: cabo USB e cabo de energia. Capacidade de entrada do papel: 100 folhas de papel A4.	1
10	Sala de Espera e Recepção	No-Break (para computador)	Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 KVA; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 watts; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	1

DIVERSOS

IND.	AMBIENTE	ITEM	ESP. TÉCNICA	QTD.
1	Área de Esterilização	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2
2	Consultório Indiferenciado	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	3
3	Consultório Odontológico	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2
4	Copa/ Cozinha	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	1
5	Farmácia	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	1
6	Laboratório Técnico	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2
7	Lavanderia-Rouparia	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	1
8	Sala de Acolhimento	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2
9	Sala de Espera e Recepção	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2
10	Sala de Imunização	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ITAITUBA

11	Sala de Procedimentos	Balde a pedal	Material de confecção/Capacidade: polipropileno/de 30l até 49l.	1
12	Consultório Odontológico	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas	Capacidade: Até 9 limas	2
13	Sala de Procedimentos	Comadre	Uso: médico, Tipo: "PÁ", Material: aço inoxidável, Capacidade: 3500 ml	1
14	Área de Esterilização	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
15	Consultório Indiferenciado	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	3
16	Consultório Odontológico	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
17	Copa/ Cozinha	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	1
18	Farmácia	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	1
19	Laboratório Técnico	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
20	Lavanderia-Rouparia	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	1
21	Sala de Acolhimento	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
22	Sala de Espera e Recepção	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
23	Sala de Espera e Recepção	Lixeira	Material: Aço inox. Cilíndrica. Com tampa. Acionamento por pedal. Capacidade: 20 litros.	2
24	Sala de Imunização	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	2
25	Sala de Procedimentos	Lixeira	Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento.	1
26	Consultório Indiferenciado	Papagaio	Aplicação: coleta de urina (uso adulto), Tipo: hospitalar, Material: em aço inoxidável, Capacidade: 1000 ml, Apresentação: com acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas e cabo na região lateral	1
27	Copa/ Cozinha	Botijão Gás GLP 13 Kg	Capacidade: 13 kg, Apresentação: vazio, fabricado de acordo com a NBR 8460, com válvula de segurança segundo a NBR 8614, com selo do INMETRO. Com carga.	2
28	Quarto Coletivo	Colchão Espuma	Material: espuma 100% poliuretano. Densidade D-33. Dimensões: 188 x 138 cm. Espessura de 17cm. Revestido em tecido com tratamento antiácido, antimoho e antifungo.	24
29	Diversos	Lâmpada de Holofote	Tipo: LED, para uso naval conforme solicitado pelo contratante.	3
30	Diversos	Cabo de Nylon 1 ½ "	Material de confecção: Nylon. Apresentação: em rolo ou similar. Tamanho: 100m.	1
31	Diversos	Caixa com ferramentas completa	Tipo: Jogo de oficina. Com maleta e kit de ferramentas, contendo chaves, soquetes, bits e demais acessórios.	1
32	Banheiros	Box em blindex para banheiros	Sob medida. Deve incluir todos os materiais necessários à instalação.	3
33	Quarto Coletivo	Travesseiro	Tecido: 100% algodão, Enchimento: 100% poliéster, Tamanho: 70 x 50 cm, Características Adicionais: não deforma, macio, inodoro, leve, lavável	24
34	Quarto Coletivo	Jogo de cama	Tipo: solteiro, Material: 100% algodão, 150 fios; Quantidade Peças: 3; Lençol de Baixo: 1 (um) com elástico, medindo 88 x 188 x 30 cm, Lençol de Cima: 1 (um) sem elástico, medindo no mínimo 140 x 220 cm, Fronha: uma, medindo 50 x 70 cm	24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICIPIO DE ITAITUBA

35	Quarto Coletivo	Capa para Colchão	Confeccionada 100% em PVC, cor branca com zíper, impermeável, ilhós para respiro do zíper, medindo aproximadamente 190x90x11cm.	24
36	Copa/ Cozinha	Terçado	Tipo: Facão. Lâmina em aço carbono 21 com fio liso. Cabo de madeira fixado por pregos de alumínio.	1